

# Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

ul. Sosnowa 5, 43-195 Mikołów, POLAND, tel.: +48 32 779 76 02, mob.: +48 534 994 574, e-mail: radaogrodow@gmail.com

STOWARZYSZENIE RADA OGRODÓW  
BOTANICZNYCH I ARBORETÓW w Polsce  
43-190 Mikołów, ul. Sosnowa 5  
NIP: 635-183-02-27 REGON: 242340704  
Tel. 32 779 76 02

Mikołów, 05.08.2013r.

**ZNAK SPRAWY:** ROBIA PN/8/07/13




W odpowiedzi na pytania otrzymane e-mailem w dniu 02.08.2013r., godzina 16.04 (data i godz. wpływu na skrzynkę e-mailową), odebrane 05.08.2013r., godz. 10.24, dt. zamówienia na dostawy sprzętu laboratoryjnego i urządzeń chłodniczych na potrzeby projektu pn: Ocena Stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski wraz z ich instalacją i instruktazem w zakresie obsługi" objętego umową dotacji Nr 233/2013/Wn-12/OP-WK/D z dnia 11.05.2013r., przesyłamy odpowiedzi.

Zgodnie z informacją podaną w SIWZ godziny pracy Stowarzyszenia Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. Jednocześnie wyjaśniamy, iż Stowarzyszenie Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce nie posiada faxu, stąd odpowiedzi są niezwłocznie przesłane e-mailem.

## Zadanie nr 2 – Waga laboratoryjna

1. Czy Zamawiający dopuści wagę laboratoryjną o II klasie dokładności oraz z wymaganą działką odczytową (d) – 0,001 g? Zastosowanie wagi o takiej klasie dokładności nie wpłynie na pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.  
Zamawiający nie dopuszcza.
2. Czy Zamawiający dopuści wagę bez klawiatury QWERTY? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.  
Zamawiający nie dopuszcza.
3. Czy Zamawiający dopuści wagę bez dostępu do komory ważenia od góry? Jeśli nie proszę o wyjaśnienie.  
Zamawiający nie dopuszcza.
4. Czy Zamawiający dopuści wagę bez dostępu do komory ważenia z prawej i lewej strony? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.  
Zamawiający nie dopuszcza.
5. Czy Zamawiający dopuści wagę bez oświetlenia wewnątrz komory wagowej? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.  
Zamawiający nie dopuszcza.
6. Czy Zamawiający dopuści wagę bez funkcji zmiany jednostek ? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.  
Zamawiający nie dopuszcza.
7. Czy Zamawiający dopuści wagę bez funkcji wyliczania średniej? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.  
Zamawiający nie dopuszcza.
8. Czy Zamawiający dopuści wagę bez funkcji sumowania ważenia? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.  
Zamawiający nie dopuszcza.
9. Czy Zamawiający dopuści wagę z kalibracją zewnętrzną? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.  
Zamawiający nie dopuszcza.

1



Projekt współfinansowany ze środków  
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

75

## Zadanie nr 3 – Lodówko-zamrażarka

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie chłodzące w zakresie od +10 do -18 C? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez termostatu elektronicznego oraz bez cyfrowego wyświetlacza temperatury? Zastosowanie innego typu chłodzenia i kontroli temperatury nie wpłynie na pracę urządzenia. Funkcja chłodzenia i kontroli temperatury pozostanie zachowana.

Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wyjmowanego kosza? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez oświetlenia wnętrza? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez zawiasów ze stali nierdzewnej? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Zamawiający nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez certyfikatu zgodności EMC dotyczącego pojazdów? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Zamawiający nie dopuszcza.

## Zadanie nr 4 – Zamrażarka

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o zakresie pracy od -30 do -35 C? Jest to temperatura optymalna dla zamrażarek do przechowywania krwi oraz osocza. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 610 litrów? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę bez podziału na 5 komór? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z chłodzeniem okołokomorowym? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę bez zegara czasu rzeczywistego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Zamawiający nie dopuszcza.

Rada Ogrodów Botanicznych  
i Arboretów w Polsce

PREZES

dr Paweł Kojs

