



Mikołów, 24.02.2015r.

ZNAK SPRAWY: ZO/18/02/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski” objętego umową dotacji Nr 233/2013/Wn-12/OP-WK/D z dnia 11.05.2013r., proszę o wycenę: **pakowarki próżniowej**

Lp.	Nazwa	Parametry równoważne lub wyższe niż:	Ilość	Cena netto w PLN	Cena brutto w PLN	Wartość brutto PLN
1.	Pakowarka próżniowa	<p>Możliwość zgrzewania 3-warstwowych woreczków PET12/PETmet12/PE80 oraz PET12/AL7/PE85</p> <p>Korpus ze stali szlachetnej</p> <p>Cyfrowy wyświetlacz</p> <p>Listwa grzewcza plug & seal</p> <p>Wymiar komory [mm] 280 x 300 x 100 (+/- 50 mm) lub większe</p> <p>Listwa grzewcza minimum 200 mm</p> <p>Głębokość komory minimum 100 mm</p> <p>Waga 20 kg (+/- 5 kg)</p> <p>Pompa 3m³ (+/- 0,5 m³)</p> <p>Ciśnienie 2 mbar (+/- 0,5 mbar)</p> <p>Zasilani końcowe 230V</p> <p>Moc (W) 300</p> <p>Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p> <p>Certyfikaty: deklaracja zgodności CE.</p> <p>Na wyposażeniu olej do pomp próżniowych (odpowiedni dla oferowanego modelu)</p> <p>Na wyposażeniu dodatkowy wypełniacz do komory pasujący do oferowanego modelu</p> <p>Bezpłatne szkolenie z obsługi - 1 godzina w siedzibie Zamawiającego;</p> <p>Bezpłatna instalacja urządzenia.</p> <p>Bezpłatny transport (na koszt wykonawcy) do miejsca: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów.</p>	1 szt.			
RAZEM						

W ofercie proszę również podać:

1. ważność oferty: minimum do 17.03.2015 r.

WYMÓG OBOWIĄZKOWY

Sposób płatności - przelew płatny w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z załącznikiem w postaci protokołu zdawczo-odbiorczego, z zastrzeżeniem, iż płatność będzie





dokonana nie wcześniej niż i pod warunkiem przekazania przez NFOŚiGW środków finansowych służących finansowaniu niniejszego przedmiotu zamówienia.

Ofertę proszę przesłać na dołączonym do zapytania wzorze *Odpowiedzi na zapytanie ofertowe*.

Dopuszcza się możliwość składania ofert na innym wzorze z zachowaniem elementów wzoru przesłanego przez Radę Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce.

Termin składania ofert do 03.03.2015, godz. 12.00.

Ostateczny termin dostawy 10.03.2015 r.

Dopuszcza się możliwość składania ofert w formie:

- e-mail na adres: radaogrodow@gmail.com

-przesyłką listową (liczy się data wpływu) na adres: Mikołów (43-190), ul. Sosnowa 5, Stowarzyszenie Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

-osobiście w siedzibę Zamawiającego – Mikołów (43-190), ul. Sosnowa 5, Sekretariat Stowarzyszenia Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Osoba do kontaktu: Damian Matynia, tel. 533-061-211, e-mail: radaogrodow@gmail.com

Kryterium wyboru: 100% cena

Załączniki:

1. Wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe
2. Wzór umowy (może podlegać zmianie)

Wykonawca

Zamawiający

Rada Ogrodów Botanicznych
i Arboretów w Polsce
PREZES
dr Paweł Kojs

Rada Ogrodów Botanicznych
i Arboretów w Polsce
WICEPREZES
prof. dr hab. Jerzy Puchalski

STOWARZYSZENIE RADA OGRODÓW
BOTANICZNYCH I ARBORETÓW w Polsce
43-190 Mikołów, ul. Sosnowa 5
NIP: 635-183-02-27 REGON: 242840994
Tel. 32 779 76 02



Dane Wykonawcy

.....
Miejscowość, data

Stowarzyszenie Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.02.2015r., dt. realizacji projektu „Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski” objętego umową dotacji Nr 233/2013/Wn-12/OP-WK/D z dnia 11.05.2013r., przedstawiamy wycenę: **pakowarki próżniowej**

Lp.	Nazwa	Parametry równoważne lub wyższe niż:	Ilość	Cena netto w PLN	Cena brutto w PLN	Wartość brutto PLN
1.	Pakowarka próżniowa	Możliwość zgrzewania 3-warstwowych woreczków PET12/PETmet12/PE80 oraz PET12/AL7/PE85 Korpus ze stali szlachetnej Cyfrowy wyświetlacz Listwa grzewcza plug & seal Wymiar komory [mm] 280 x 300 x 100 (+/- 50 mm) lub większe Listwa grzewcza minimum 200 mm Głębokość komory minimum 100 mm Waga 20 kg (+/- 5 kg) Pompa 3m ³ (+/- 0,5 m ³) Ciśnienie 2 mbar (+/- 0,5 mbar) Zasilani końcowe 230V Moc (W) 300 Gwarancja minimum 12 miesięcy. Certyfikaty: deklaracja zgodności CE. Na wyposażeniu olej do pomp próżniowych (odpowiedni dla oferowanego modelu) Na wyposażeniu dodatkowy wypełniacz do komory pasujący do oferowanego modelu Bezpłatne szkolenie z obsługi - 1 godzina w siedzibie Zamawiającego; Bezpłatna instalacja urządzenia. Bezpłatny transport (na koszt wykonawcy) do miejsca: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów.	1 szt.			
RAZEM						

Ważność oferty: minimum do 17.03.2015 r.

WYMÓG OBOWIĄZKOWY

3

Znak sprawy: ZO/18/02/2015



Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie



Sposób płatności - przelew płatny w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z załącznikiem w postaci protokołu zdawczo-odbiorczego, z zastrzeżeniem, iż płatność będzie dokonana nie wcześniej niż i pod warunkiem przekazania przez NFOŚiGW środków finansowych służących finansowaniu niniejszego przedmiotu zamówienia.

Wykonawca

Zamawiający





UMOWA nr/2015

zawarta w dniur. w Mikołowie pomiędzy Stowarzyszeniem pn.: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z siedzibą w Mikołowie (43-190), przy ul. Sosnowej 5, NIP: 635-183-02-27

Reprezentowanym przez:

1. Pana Pawła Kojasa – Prezesa Zarządu
2. Pana Jerzego Puchalskiego – V-ce Prezesa Zarządu

Zwanym dalej Zamawiającym

a

.....

NIP:

Reprezentowanym przez

Zwanej dalej Wykonawcą

1. Mocą niniejszej umowy Zamawiający zamawia, a Wykonawca **dostarcza 1 szt. pakowarki próżniowej** wymienioną w pkt. 2 umowy, związaną z realizacją wniosku „Ocena stanu populacji oraz ochrona *ex situ* wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski” objętego umową dotacji Nr 233/2013/Wn-12/OP-WK/D z dnia 11.05.2013r., współfinansowanego przez NFOŚiGW.
2. Wynagrodzenie ustala się na niżej podanym poziomie:

Lp.	Nazwa	Parametry równoważne lub wyższe niż:	Ilość	Cena netto w PLN	Cena brutto w PLN	Wartość brutto PLN
1.	Pakowarka próżniowa	Możliwość zgrzewania 3-warstwowych woreczków PET12/PETmet12/PE80 oraz PET12/AL7/PE85 Korpus ze stali szlachetnej Cyfrowy wyświetlacz Listwa grzewcza plug & seal Wymiar komory [mm] 280 x 300 x 100 (+/- 50 mm) lub większe Listwa grzewcza minimum 200 mm Głębokość komory minimum 100 mm Waga 20 kg (+/- 5 kg) Pompa 3m3 (+/- 0,5 m3) Ciśnienie 2 mbar (+/- 0,5 mbar) Zasilani końcowe 230V Moc (W) 300 Gwarancja minimum 12 miesięcy. Certyfikaty: deklaracja zgodności CE. Na wyposażeniu olej do pomp próżniowych (odpowiedni dla oferowanego modelu) Na wyposażeniu dodatkowy wypełniacz do komory pasujący do oferowanego modelu Bezpłatne szkolenie z obsługi - 1	1 szt.			





	godzina w siedzibie Zamawiającego; Bezpłatna instalacja urządzenia. Bezpłatny transport (na koszt wykonawcy) do miejsca: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów.			
RAZEM				

3. Zamawiający wpłaci wynagrodzenie brutto w kwocie (słownie:) na konto:
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w pkt. 3 niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z załącznikiem w postaci protokołu zdawczo-odbiorczego, z zastrzeżeniem, iż płatność będzie dokonana nie wcześniej niż i pod warunkiem przekazania przez NFOŚiGW środków finansowych służących finansowaniu niniejszej umowy.
5. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Dostawa i instalacja sprzętu wymienionego w pkt. 2 nastąpi **bezpłatnie (na koszt Wykonawcy)** do siedziby Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce (43-190), przy ul. Sosnowej 5.
7. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu zamówienia wskazanego w pkt. 2 (dalej: „Uprawniony przedstawiciel”) jest: **Pani Monika Raczyńska lub Pan Damian Matynia lub Pani Katarzyna Galej.**
8. Ostateczny termin dostawy/wykonania usług wymienionych w pkt. 2 ustala się na **10 marca 2015r.** W terminie tym Wykonawca nieodpłatnie przeszkoli z obsługi urządzenia wskazanego w pkt. 2 minimum 2 osoby przez 1 godz. w siedzibie Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce (43-190), przy ul. Sosnowej 5.
9. Wykonawca wystawi Zamawiającemu faktury/rachunki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na sprzęt na okres minimum **12 miesięcy** licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 10.1 objęciem gwarancją i obsługą serwisową Sprzętu wraz z dostarczonym wyposażeniem;
 - 10.2 zapewnieniem wykonywania czynności serwisowych i gwarancyjnych przez przedstawicieli autoryzowanego serwisu producenta Sprzętu;
 - 10.3 zapewnienia czasu reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszenie o awarii w okresie gwarancyjnym – maksymalnie do 48h;
 - 10.4 zapewnienia czasu naprawy od chwili zgłoszenia awarii do zwrotu naprawionego sprzętu do miejsca dostawy (w przypadku naprawy w serwisie Wykonawcy) wynoszącego maksymalnie 14 dni; w przypadku konieczności dokonania naprawy poza granicami kraju lub sprowadzenia części niezbędnej do naprawy, a niedostępnej w kraju czas ten – po pisemnym powiadomieniu zamawiającego, zawierającym odpowiednie uzasadnienie – ulega przedłużeniu o kolejne 7 dni; w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli naprawa nie może być dokonana w przedłużonym terminie, Zamawiający może przedłużyć Wykonawcy termin do dokonania naprawy o czas niezbędny;
 - 10.5 potwierdzania wykonanych napraw Urządzeń kartą pracy serwisu podpisaną przez Zamawiającego lub Uprawnionego przedstawiciela oraz dokonywania stosownych adnotacji w dokumentacji Urządzenia
 - 10.6 zapewnienia dostępności części zamiennych do Urządzeń minimum przez okres udzielonej gwarancji na Urządzenia;
 - 10.7 w sytuacji, gdy uszkodzenie powstało w wyniku wady rzeczy, Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie świadczyć usługę serwisu w okresie gwarancyjnym, w tym także dojazd serwisanta lub transport sprzętu do i z serwisu.





- 10.8 Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju urządzenia.
- 10.9 Zgłoszenia awarii będą przez Wykonawcę przyjmowane:
 - mailem na adres:
 - faksem na numer:
 - telefonicznie na numer:
11. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
 - 11.1 odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności – w wysokości 10% wartości umowy brutto;
 - 11.2 odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wartości umowy brutto;
 - 11.3 opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji – w wysokości 0,5% wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - 11.4 opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu jakiegokolwiek dokumentacji wymienionej w pkt. 11 niniejszej umowy – w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - 11.5 Kary umowne Zamawiający będzie potrącał z wymagalnych należności Wykonawcy, aż do ich całkowitej kompensacji
12. Za szkody powstałe z innych przyczyn Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych.
13. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
14. Umowa może być rozwiązana przez stronę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy druga strona pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy.
15. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających do dnia jej rozwiązania.
16. Każda zmiana i uzupełnienie Umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
17. Poza innymi przypadkami określonymi w treści Umowy, zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania Umowy. Wskazane powyżej okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu Umowy. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację przedmiotu umowy.
18. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.
19. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej, którą należy rozumieć, jako zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron, uniemożliwiające wykonanie umowy na stałe lub na pewien czas. Zdarzenie, któremu nie można było zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.





20. Strona, która zamierza żądać zwolnienia od odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.
21. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez stronę powołującą się na nią.
22. W razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
23. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych pomiędzy nimi, a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
24. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
25. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące odnoszące się do przedmiotu umowy.
26. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....

.....

.....

.....

Załączniki:

1. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego





Dane wykonawcy

.....
Miejscowość, data dostawy-odbioru

**Stowarzyszenie Rada Ogrodów Botanicznych
i Arboretów w Polsce**
Ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Do umowy nr z dnia dt. projektu „Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski” objętego umową dotacji Nr 233/2013/Wn-12/OP-WK/D z dnia 11.05.2013r., dt. **pakowarki próżniowej**

Lp.	Nazwa	Parametry równoważne lub wyższe niż:	Ilość	Cena netto w PLN	Cena brutto w PLN	Wartość brutto PLN
1.	Pakowarka próżniowa	Możliwość zgrzewania 3-warstwowych woreczków PET12/PETmet12/PE80 oraz PET12/AL7/PE85 Korpus ze stali szlachetnej Cyfrowy wyświetlacz Listwa grzewcza plug & seal Wymiar komory [mm] 280 x 300 x 100 (+/- 50 mm) lub większe Listwa grzewcza minimum 200 mm Głębokość komory minimum 100 mm Waga 20 kg (+/- 5 kg) Pompa 3m ³ (+/- 0,5 m ³) Ciśnienie 2 mbar (+/- 0,5 mbar) Zasilani końcowe 230V Moc (W) 300 Gwarancja minimum 12 miesięcy. Certyfikaty: deklaracja zgodności CE. Na wyposażeniu olej do pomp próżniowych (odpowiedni dla oferowanego modelu) Na wyposażeniu dodatkowy wypełniacz do komory pasujący do oferowanego modelu Bezpłatne szkolenie z obsługi - 1 godzina w siedzibie Zamawiającego; Bezpłatna instalacja urządzenia. Bezpłatny transport (na koszt wykonawcy) do miejsca: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów.	1 szt.			
RAZEM						

Na podstawie niniejszego protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca może wystawić fakturę/rachunek.

9

Znak sprawy: ZO/18/02/2015





Uwagi zamawiającego:

Uwagi wykonawcy:

Podpis i pieczętka

Wykonawca

Podpis i pieczętka

Zamawiający

